



greenpack
SERVICE IN FRESH

Catering - Greenpack Registratie testen temperatuurmeters

Code: F5

Revisie: 1

Versiedatum: 27-07-2023

Datum	Temperatuur in °C			Corrigerende maatregel	Paraaf
	Kokend water	Smeltend ijs	afwijking		
Datum	100° C	0°C	+ of – 1,0°C	Invulrequentie: 1 maal per 3 maanden. (wet = minimaal jaarlijks kalibreren) Bij een afwijking groter dan 1,0 °C , thermometer opsturen voor kalibratie of nieuwe vragen bij technische dienst.	